

型 号	F-51S	F-52S	F-53S	F-54S	F-55S
pH	JIS方式	JIS方式 I	JIS方式0		
	测定方式	玻璃电极法			
	显示范围	pH-2.00~+16.00	-2.000~+16.000pH		
	测定范围	pH0.00~14.00	0.000~14.000pH		
	分辨率	0.01pH	0.01/0.001pH		
	计量器重现性	±0.01pH±1digit	±0.001pH±1digit		
mV (ORP)	测定范围	-1999~+1999mV	-1999.9~+1999.9mV		
	分辨率	1mV	0.1mV		
	计量器重现性	±1mV±1digit	±0.1mV±1digit		
温度	测定范围	0.0~100.0℃			
	分辨率	0.1℃			
	计量器重现性	±0.1℃±1digit			
离 子	测定方式		离子电极法	—	离子电极法
	测定范围		0.00μ~999g/l (mol/l)		0.00μ~999g/l (mol/l)
	分辨率		有效数字3位		有效数字3位
	计量器重现性		±0.5%F.S.±1digit		±0.5%F.S.±1digit
电导率	测定方式	—	—	交流2电极法	
	测定范围			电池常数100m ⁻¹ :0.000ms/m ~19.99s/m、电池常数10m ⁻¹ : 0.0μs/m~1.999s/m、电池常数 1000m ⁻¹ :0.00ms/m~199.9s/m	
	分辨率			0.05%F.S.	
	计量器再现性			±0.5%F.S.±1digit	
	输入CH数			1	
电 源	DC6V(干电池LR6)	AC适配器100~240V 50/60Hz			
尺 寸	179×230×76mm				
附 属 品	pH电极(9611-10D)、pH标准液(pH4·7·9)各1节、比较电极内部液、 5号干电池×4节(仅F-51)、AC适配器·电缆(F-51除外)、存储卡(仅F-53S·54S·55S)				